

Cellule d'essai de migration de chlorure

Cellule pour essai de migration accéléré dans le béton des ions chlorure en régime non-stationnaire selon la référence Normative : " NORME XP18-462 Juin 2012"




Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- Matière PVC
- Poids: 6.8 Kg
- Capacité de chaque compartiment: 2.80 dm³
- Anode : Titane oxyde de métaux
- Cathode: Acier INOX Ø 60 mm
- Accepte un défaut de parallélisme de + de 1mm sur l'échantillon
- Etanchéité par joint silicone
- Remplissage et vidange des compartiments par 2 vannes tuyaux Ø 16 mm
- Pieds ajustables pour la stabilité de la cellule pendant l'essai
- Branchement par fiche banane Ø4 mm
- Dimensions des carottes : Ø 90 mm à 110 mm Longueur de 30 à 75 mm

Ils nous font confiance :

